

## ZLECENIODAWCA

Data 05.11.2002

Strona 1/1

ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE "BIOWET"  
UL.K.GDYŃSKICH  
66-400 GORZÓW WIELK.

## Świadectwo Wzorcowania Nr.353/2002

Czujnik temperatury typu CTW20 nr.fabr. 02112503 został sprawdzony w temperaturze otoczenia 20°C za pomocą termometru kontrolnego DTI 1000 nr.fabr. 00895401159 współpracującego z czujnikiem PT-100 nr.fabr. 103366-207 firmy AMETEK JOFRA INSTRUMENTS. Niepewność wzorcowania nie przekracza 0,1°C.

TEMPERATURA MIERZONA [°C]	TEMPERATURA WSKAZANA [°C]	ODCHYLENIE [°C]
0,0	0,0	0,0
25,0	24,8	-0,2

Czujnik wilgotności typu CTW20 nr.fabr. 02112503 został sprawdzony w temperaturze otoczenia 20°C za pomocą czynników wzorcujących: potasowy chlorek KCl, litu chlorek LiCl, potasu węglan K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>

Wilgotność względna (% RH)						
Temp °C	Czynnik wzorcujący			Wilgotność wskazana		
	Lithium Chloride	Potassium Carbonate	Potassium Chloride	Lithium Chloride	Potassium Carbonate	Potassium Chloride
20	11,31 ± 0,31	43,16 ± 0,39	85,11 ± 0,29	12,8	42,0	86,1

Świadectwo traci ważność w przypadku mechanicznego uszkodzenia istotnych części czujnika..

Wykonał: